

Data de Emissão: Marília, 07 de março de 2024

PROPOSTA

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis
CNPJ: 52.268.596/0001-09 Tel. (18) 3275 1000
Rua José Henrique de Mello, 236, Centro - Cep. 19500-000 Martinópolis /SP
E mail previosantacasajsm@gmail.com
At. Departamento de Compras / Licitações

Proponente: Sandra M C Vicente Equipamentos Médicos ME
CNPJ. 15.020.334/0001-02 IE 438.168.366.112
Endereço: Av. Carlos Gomes,167 – Sala 32 – Cep. 17.501-000
Marília,SP Tel. (14) 3413 8342 - 3367 3600 – 98183 6
Email : vendas@farimed.com.br

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS E TÉCNICA Nº 001/2024
CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 945699 /2023
PROCESSO Nº 25000.124763/2023-71

Produtos				
Item	Produto/Descrição	Quant	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Aparelho de Anestesia WATO EX-35 (0619B-PA00136) Configuração: Ventila PCV, VCV, SIMV e Pressão Suporte; com slot para módulo MARCA MINDRAY  Imagem meramente ilustrativa O WATO EX-35 é um equipamento confiável e preciso para o profissional de saúde. Baseado em profundos conhecimentos das necessidades clínicas, o sistema reúne diversas funções, tais como detecção automática de vazamentos, compensação de vazamentos e compensação de complacência automática e modos ventilatórios SIMV a pressão e volume, criando uma solução acessível. O equipamento é de fácil manuseio e vem configurado com modos ventilatórios (VCV, PCV, SIMV-V e SIMV-P; e PS) que atendem a todos os tipos de procedimentos cirúrgicos. Ainda,	01	197.900,00	197.900,00

Sandra M. C. Vicente Equipamentos Médicos ME
CNPJ: 15.020.334/0001-02 IE: 438168366112
Avenida Carlos Gomes, 167 – Sala 31 / 32 - CEP 17.501-000 – Marília –SP
Fone: (14) 98183 6320 / 3413-8342 / 3367 3600
E-mail vendas@farimed.com.br

permite a visualização de curvas e LOOPS respiratórios, provendo ao usuário o máximo de informações para a melhor tomada de decisão. Seus fluxômetros mecânicos para Ar Comprimido, O₂ e N₂O que permitirem ajustes de alta precisão além de serem de fácil leitura, manuseio e compreensão pelos anestesistas. Possui, sistemas como o de aquecimento integrado do circuito respiratório compacto, sensores de fluxo triplo (ramo inspiratório, ramo expiratório e interno; PATENTEADO) e ventilador estável, que permitem ao anestesista um trabalho mais seguro e focado ao paciente. Possui slot para módulos e recursos adicionais, como a monitoração de Capnografia, análise de gases anestésicos, na própria tela do WATO EX-35 fazem desta máquina um equipamento diferenciado em seu segmento de mercado. Especificações Técnicas: Peso (sem o Vaporizador): 145kg; Dimensões: 1410mm (A) X 780mm (L) X 690mm (P); Fonte de Alimentação: 100~240V; Autonomia de Bateria: 90 minutos (uma bateria); Ventilador: Controle eletrônico e pneumático; Modos de Ventilação: Modo espontâneo (PSV)/manual/VCV/PCV/SIMV-V e SIMV-P a volume e pressão; Volume Corrente: 20~1500mL (VCV); Pico de Fluxo Inspiratório: até 120 L/min; Flush de Oxigênio Direto: 25~75L/min; ACGO (Baraka): saída independente; Sensor de O₂: célula galvânica; Capacidade do canister de CO₂ (cal sodada): 800 gramas; Posições para Vaporizador Calibrado: 2 posições; Sistema de encaixe para Vaporizador Calibrado: Intertravamento (Selectatec); Interruptor automático do Gás de acionamento (O₂ Driven); Suporte para cilindro de O₂; Saída auxiliar de O₂; Slot para módulos; Iluminação da área de trabalho; Parâmetros de Monitoração: Volume corrente, concentração de O₂, pressão das vias aéreas, frequência respiratória, volume minuto, PEEP; Alarmes: Pressão baixa das vias aéreas, pressão alta das vias aéreas, alarme de falha de O₂, alarme de apneia, alarme de frequência respiratória, concentração de O₂; Tomadas auxiliares; Sistema AGSS: Passivo; Gavetas: 3 gavetas. Monitor: Tela colorida de 10,1" polegadas touchscreen. Resolução de 1024x768 pixels. com 03 curvas simultâneas. possui			
--	--	--	--

	03 tipos loop (PxV, FxV e PxV). para visualização simultânea, com 03 curvas e 01 loop. Com valores numéricos medidos. Parâmetros monitorizados: Pressão de Pico, Pressão platô, PEEP, Volume corrente expirado, Volume minuto expirado, Frequência respiratória, Resistência e Complacência. Faixa de medida mínima: Volume corrente 20 a 1500 ml. Pressão inspiratória 7 a 60 cmH₂O. PEEP 3 a 30 cmH₂O. Frequência respiratória 3 a 60rpm. I:E 4:1 a 1:8. Esta configuração do WATO EX-35 acompanha: - Unidade Principal, com fluxômetros mecânicos para Ar Comprimido, O₂ e N₂O; 01-Ventilador com os Modos Espontâneo / Manual / VCV/ PCV / SIMV (Pressão e Volume) / PSV e apresentação de LOOPS; 01-Kit de monitorização de O₂; 01-Braço para balão; 01 -Circuito respiratório com aquecimento e com Bypass 01 conjunto de Mangueira para Ar Comprimido e O₂; 02- Circuito adulto completo reutilizável; 01-Circuito infantil reutilizável 01 vaporizador de sevoflurano; 01-Cabo Força; 01 manual operacional 01 Modulo para Analise de Gases 01 Monitor multiparametro modelo UmeC 12 com os parâmetros de (EcG+ Spo2 + Resp+ Temp +PNI+Capnografia+ PI) com todos os acessórios para seu pleno funcionamento.			
02	Fibro Broncoscópio Delgado. Modelo FB 15V. Marca Pentax  Campo de visão: 120°, vista frontal. Profundidade de campo a partir de 3 até 50 mm. Ajuste de dioptria: 2 a -8 dioptrias. Faixas de deflexão distal final: 180° para acima e 130° para baixo. Diâmetro externo da extremidade distal: 4,9 milímetros. Diâmetro externo do tubo de inserção: 4,9 milímetros. Diâmetro interno da instrumentação do canal: 2.2 milímetros. Acompanha: Fonte de luz com lâmpada e demais acessórios padrão além de manuais de instruções e reprocessamento.	01	118.900,00	118.900,00
03	ULTRASSOM SAMSUNG HS 30	01	158.000,00	158.000,00



O Samsung HS30 oferece excelência em qualidade de imagem, combinando sofisticadas tecnologias para as seguintes aplicações clínicas: Pequenas Partes, Vascular, Músculo Esquelético, Urologia e Medicina Interna/Imagem Geral.

O equipamento foi desenvolvido para proporcionar ótima resolução de imagem nos modos: B, M, Power Doppler (inclusive direcional), Color Doppler e Doppler Espectral.

Engenharia híbrida de formação de feixe: processamento de imagem com processadores de software e de hardware independentes, resultando em melhor contraste de imagem, redução de artefatos e alto desempenho em todos os modos de imagem;

Alto DynamicRange: mais tons de cinza são utilizados na composição da imagem, o aumento da escala produz imagens mais detalhadas com maior contraste específico (estruturas com ecogenicidades próximas);

ClearVision: software desenvolvido para melhorar a resolução da escala de cinzas. Reduz a granulação da imagem e promove maior realce de bordas e contraste, gerando uma imagem mais nítida. Excelente ferramenta para avaliação obstétrica detalhada, pélvica ou abdominal;

Multivision: software de composição espacial de imagens, que realiza a varredura com feixes nas direções convencional e oblíquas, produzindo imagens com mais informações, maior contraste e menos artefatos;

Imagem Harmônica Tecidual de pulso invertido (S-Harmonics): Utiliza as frequências harmônicas de ultrassom geradas nos diferentes tecidos, otimizando a resolução da imagem e diminuindo artefatos;

S-Flow: Power Doppler Direcional de alta sensibilidade e menor dependência de ângulo de insonação;

Modo C

Zoom em tempo real e na imagem congelada: permite melhor visualização lateral

e de profundidade sem perda de resolução; Imagem Trapezoidal: possibilita aumentar em 20% o campo de visão nas imagens obtidas com transdutor linear; AdvancedQuickScan™: aumenta a eficiência e melhora o fluxo de trabalho através da otimização automática dos parâmetros de imagem 2D, Doppler colorido e pulsado ao toque de um botão; Customização do menu de medidas: permite ao usuário configurar e escolher a melhor apresentação e organização dos parâmetros, aumentando significativamente a eficiência do trabalho; Menu de anotações e marcadores de corpo customizáveis: o banco de palavras e os marcadores de corpo podem ser pré-definidos pelo usuário para cada aplicação; Sonoview: Arquivo de imagens com pós-processamento avançado –permite abrir o arquivo de imagens e “cineloops” para a realização de medidas e ajustes de parâmetros; 2D e Doppler nas imagens arquivadas; Magnificação de medida: Ativa uma caixa de zoom na região dos calipers de medida, o que possibilita mais precisão em medições pequenas; Quickpreset: Permite selecionar com um toque as 8 combinações mais comuns de transdutor e preset, maximizando a produtividade; Hardware CW: Doppler contínuo para cardiologia (Não inclui software de medidas cardíacas e transdutor setorial) Auto IMTTM: software que permite a medição automática da espessura média intimal e análise do resultado através de gráficos e fatores de risco; ElastoScan™: software de elastografia qualitativa que diferencia a compressibilidade dos tecidos através de uma escala de cores. Esta tecnologia permite identificar alterações na elasticidade dos tecidos e estruturas, facilitando a análise e aumentando a precisão diagnóstica em mamas, próstata e colo uterino; DICOM: possibilita a compatibilidade total com os arquivos em rede, PACS, impressoras em rede e diversos tipos de servidores DICOM 3.0; Imagem Panorâmica: Composição sequencial de imagens que permite registrar áreas extensas (além do campo de imagem do transdutor) para uma melhor compreensão da anatomia. NeedleMate+™: assegura a precisão da posição da agulha ao realizar procedimentos de Intervenção; Strain+™: ferramenta quantitativa para o movimento global e segmentar da parede do ventrículo esquerdo (VE). Três cortes padrões do VE e o Bull's Eye são simultaneamente exibidos na tela, o que permite uma avaliação fácil e rápida da função do VE; Medidas Cardíacas: Pacote de cálculos segmentado por modo de imagem com todas as medidas cardíacas necessárias do exame de ecocardiografia; Habilitação Doppler Contínuo (CW);			
--	--	--	--

ECG-AHA: módulo para aquisição de ECG de monitoramento em 3 vias; Monitor LED Full HD 21,5” de alta definição TGC Digital; 03 portas ativas, 4 suporte para transdutores; 06 portas USB 2.0; mais de 100.000 canais digitais de processamento; Windows. Aquecedor de gel: Sistema de aquecimento de gel integrado ao equipamento com dois Níveis. Incluso: 01 Transdutor linear LNS- 12 01 Transdutor Endocavitario EVN4-9 01 Transdutor Convexo C2-8 01 Transdutor Setorial PN2-4 01 Impressora Colorida Epson Ecotank L 3250 01 Nobreak				
Condições de Pagamento				
Deposito bancário – B Brasil ag. 0141-4 – CC 73876-X - Sandra M C Vicente Equipamentos Médicos e hospitalares				
VALOR TOTAL R\$ 474.800,00 (Quatrocentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais)				
Observações				
GARANTIA 12 (doze) meses				
Condições Gerais				
Entrega em	30 dias	Frete:	Cif	
Impostos:	Inclusos	Proposta válida por:	120 dias	
Instalação:	Inclusa			

Marília, 07 de março de 2024



15.020.334/0001-02

SANDRA M C VICENTE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS - ME

AV. CARLOS GOMES, 167 - SALA 32
CENTRO - CEP. 17501-000

MARÍLIA - SP.

Sandra Marina Costa Vicente
CPF 030.321.188-16
Representante Legal