



Secretaria de Estado da Saúde
Plano de Trabalho
Despacho 0000008082/2017

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: 7167

Órgão/Entidade: SANTA CASA - MARTINÓPOLIS

CNPJ: 52.268.596/0001-09

Atividade Econômica:

Endereço: RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO Número: 236

Município: Martinópolis CEP: 07780000

Telefone: 32751000

Email: santacasa@stetnet.com.br

Conta Corrente: Banco: 001 Agência: 03107 Número C/C: 000246204 Praça de Pagamento: MARTINÓPOLIS

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

RESPONSÁVEIS PELA INSTITUIÇÃO

CPF	Reg. Profissional	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
277.338.028-22		MARIO HENRIQUE MACHADO	Administrador Local Beneficiário	ASSESSOR DE GESTÃO HOSPITALAR	veregenteifeijo@hotmail.com
040.979.298-52		SERGIO SARDINHA	Autoridade Beneficiário	PROVEDOR	santacasa@stetnet.com.br

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO

MISSÃO

MISSÃO DA INSTITUIÇÃO

HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO

O Hospital de Caridade de Martinópolis hoje Santa Casa de Misericórdia, que funciona à Rua José Henrique de Mello, 236, foi fundada em 14 de outubro de 1945, numa idealização do padre João Schneider. O objetivo era atender as pessoas pobres do município. Até então, em Martinópolis só existiam consultórios médicos, sendo que alguns deles realizavam cirurgias de pequeno porte. Se o paciente necessitasse de internação hospitalar, era levado para Presidente Prudente. A entidade tem como atividade principal a assistência médico-hospitalar e conta com um corpo clínico de 19 médicos que atendem em diversas especialidades como clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, pediatria, anestesiologia, cardiologia, urologia, ortopedia, gastroenterologia e radiologia. A instituição é referência regional aos municípios de Caiabu, Indiana e, eventualmente, presta atendimentos a outros municípios da região.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto

EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO ANALÓGICO: Gerador de raios-x microprocessado, de alta frequência; Potência mínima: 50 kW; Alimentação elétrica trifásica: 220/380 Volts - 50/60 Hz; Seleção de 40 a 125 kV ou maior; Faixa de mAs de 0,4 ou menor até 500 ou maior; Tempo de exposição mínimo de 0,005 ou menor a 6s ou maior; Mostrador digital. CABOS: Par de cabos de alta tensão; BUCKY MURAL: Deslocamento vertical de 100 cm ou maior; Bucky com grade fixa de 152,103 ou 200 linhas; Freios eletromagnéticos ou mecânicos; Foco variável de 100 a 180 cm. MESA COM TAMPO FLUTUANTE: Movimento transversal e longitudinal; Bucky com grade fixa de 152,103 ou 200 linhas; Capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Freios eletromagnéticos para os movimentos do tempo; Dimensões do tempo (C x L) de no mínimo 200 cm x 80 cm. ESTATIVA PORTA TUBO DE RAIOS-X: Tipo chão-mesa ou chão-chão; Movimento vertical de aproximadamente 140 cm; Freios eletromagnéticos; Rotação do braço porta tubo ± 90°. TUBO DE RAIOS-X: Foco fino de no máximo 0,6 mm; Foco grosso de 1,2 a 1,5 mm; Capacidade térmica de anodo de no mínimo 200 KHU. CONDIÇÕES GERAIS: Apresentar cópia do Certificado de Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO PARA RAIOS-X MONOCASSETTE COM IMPRESSORA: Sistema de radiografia computadorizada (CR) monocassete de digitalização de imagens para radiologia geral com capacidade de leitura de cassetes nos formatos 18x24 cm, 24x30 cm e 35x43 cm (ou tamanhos similares); O sistema deverá ser composto pelo digitalizador, console de aquisição, cadastramento de dados e manipulação de imagens. Características Técnicas: Processamento de no mínimo 25 cassetes por hora no tamanho 35x43 cm; Resolução de leitura de no mínimo 10 pixels/mm; Console de aquisição, cadastramento de dados e manipulação de imagens, com monitor de no mínimo 19 polegadas; Software de processamento de imagens que permita incrementar ou diminuir o contraste e brilho da imagem; Conter ferramentas de manipulação de imagens como máscara, inverter, girar, zoom, linha, seta, forma livre, medições de ângulo e distância, textos predefinidos e textos livres; Conectividade DICOM Print, e Modality Worklist Management para troca de informações com o sistema de informações radiológicas (RIS) e hospitalar (HIS); Gravação das imagens em CD/DVD nos formatos JPEG ou DICOM com software visualizador; Possibilidade de formatação para impressão. Cassetes: 01 cassete com placa de fósforo 24x30 cm; 01 cassete com placa de fósforo 35x43 cm. IMPRESSORA DRY LASER - 01 Gaveta ONLINE Impressora de filmes a laser para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas. Características Técnicas: Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de 100 a 150 filmes; Resolução máxima de 100 microns para demais modalidades médicas; Resolução de impressão de no mínimo 300 dpi; Resolução output de contraste de no mínimo 14 bits; Capacidade de trabalhar com 03 (três) tamanhos de filmes; Controle automático da densidade do filme; Conexão com equipamentos de CR ou outras modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Alimentação elétrica 110 V/60 Hz ou 220 V/60 Hz;

Objetivo

Melhorar a assistência e integração dos serviços de radiologia existentes no Hospital, com garantia de atendimento aos problemas de saúde relevantes da população, buscando equidade, qualidade e acessibilidade. Garantir a prestação de serviços de radiologia previstos no convênio de assistência à saúde aos municípios de Martinópolis, Caiabu e Indiana.

Justificativa

É necessária a substituição do aparelho de Raio X existente, uma vez que o mesmo encontra-se obsoleto, estando em uso há aproximadamente 50 anos, gerando grandes custos com a manutenção, aumentando o risco para os profissionais que operam e além de produzir imagem radiológica de baixa qualidade. Com aquisição de novo equipamento de Raio X, será possível garantir a prestação de serviços de radiologia previstos no convênio de assistência à saúde de forma mais eficaz e eficiente.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Meta Quantitativa	Descrição	Indicador de Alcance	Resultado Pretendido
Manter a média de produção 482 procedimentos radiológicos ambulatoriais/mês.	Realizar procedimentos radiológicos ambulatoriais previstos no convênio de assistência à saúde	Produção ambulatorial de exames radiológicos atual (SIA*) / Procedimentos radiológicos ambulatoriais *Fonte SIA- Sistema de Informações Ambulatoriais	Média mensal de 482 procedimentos radiológicos ambulatoriais/mês
Meta Qualitativa	Descrição	Indicador de Alcance	Resultado Pretendido
Diminuir em 50 % do tempo de espera do resultado dos exames radiológicos	Implantação do aparelho de Raio X Analógico mais sistema de digitalização.	Tempo de espera atual/ tempo de espera anterior x 100	Diminuir o tempo de espera do resultado do exame radiológico para 05 dias corridos

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapas	Duração	Proponente	%	Concedente	%	Etapas	%
1	PESQUISA DE PREÇO E COTAÇÃO							
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0	0,00		150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
			0,00		150.000,00	100,00	150.000,00	100,00

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%	Aplicado	%
1	INVESTIMENTO	Equipamento	pesquisa de preços		0,00				
2	INVESTIMENTO	Equipamento	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
				0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
1	150.000,00	100,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
	150.000,00	100,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: 01/10/2017

Duração: 15 meses.

Término: 31/12/2018

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

ASSINATURAS DIGITAIS

Data Assinatura	CPF	Nome da Pessoa	Entidade	Cargo
-----------------	-----	----------------	----------	-------



Secretaria de Estado da Saúde
Plano de Trabalho
Despacho 0000008082/2017

Data Assinatura	CPF	Nome da Pessoa	Entidade	Cargo
20/11/2017	791.037.668-53	David Everson Uip	SES/GABINETE - Gabinete do Secretário	Secretário de Estado da Saúde
20/11/2017	029.139.048-07	Eloiso Vieira Assunção Filho	CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira	Coordenador de Gabinete
20/11/2017	847.107.218-15	Jorge Yochinobu Chihara	DRS XI - Presidente Prudente	Diretor Técnico de Saúde III
20/11/2017	040.979.298-52	SERGIO SARDINHA	SANTA CASA - MARTINÓPOLIS	PROVEDOR

Plano de Trabalho emitido pelo sistema SANI-SES/SP.